

驚！中興大學實驗室傳氣爆

引用 2015 年 04 月 30 日 蘋果日報

今天中午台中中興大學的化學館傳出氣爆聲響，發生地點是化學系二樓的儀器室，據悉無人受傷。

根據蘋果日報報導，中興大學校方消防局報案，化學實驗室的瓦斯鋼瓶暖機時爆炸，所幸當時無人在場，也沒有發生傷亡。其他實驗室的易燃性氣體都是獨立鋼瓶，非統一管路，暫時沒有安全疑慮，警消仍持續戒備中。

中興大學化學館傳出氣爆，校方說，下午 1 點 10 分有一堂實驗課，助教先至化學系 2 樓儀器室暖機，不久後突然發出巨大爆炸聲響，震破幾扇窗戶玻璃，隔間圍牆都變形了。

據了解是化學實驗室瓦斯鋼瓶暖機發生氣爆，儀器室內沒有人，無人傷亡。

2 點 45 分，中興大學化學館傳出氣爆事件，該校化學系二樓儀器室突然發出巨大爆炸聲響，震破幾扇窗戶玻璃，隔間圍牆都變形了。

校方向消防局報案時稱，是**化學實驗室瓦斯鋼瓶暖機時氣爆**，當時儀器室內沒有人，也**無人傷亡**，但另一個實驗室的氫氣有開啟，教室內有乙炔鋼瓶，裡面易燃性氣體都是獨立鋼瓶，並非統一管路，暫時沒有安全疑慮，警消警戒中。

理學院院長李茂榮表示，助教中午進入實驗室，為下午上課要用、測試飲料鈉含量的火焰光度計暖機，離開後不久實驗室就炸了，爆炸威力之強烈，連冷氣機都從高處墜落地面。目擊的臧同學用手機拍下照片、影片向《蘋果》爆料，表示大樓不斷冒出黑煙，記者到場採訪，發現二樓實驗室有兩扇窗戶碎裂，但初步了解無人受傷，當時在八樓的學生對記者表示，爆炸的巨大威力造成整棟大樓搖晃，「以為發生地震，大家嚇得趕緊衝出室外！」影片中有聽見有人喊「有煙，在二樓那邊」，大家互相詢問有沒有聞到味道，還可見到樓下冒出濃煙。（地方中心／台中報導）



隔間門變型受損



一樓冒出濃煙



發生爆炸的實驗室



冷氣機從3樓教室跌落1樓地面